MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-460	PS/CGG/61176

PRODUCTOS

- Ventiladores Monnal T75, Referencias: KB033600, KB022600 y KB040001
- Baterías internas Monnal T75, Referencia: KY633000

Nos LOTE BATERIAS

Ver números de lote de las baterías para los ventiladores Monnal T75 afectadas, suministradas en el servicio postventa con la referencia KY633300, en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa.

Nos SERIE VENTILADORES

Ver números de serie de los ventiladores Monnal T75 equipados con una batería interna potencialmente afectada en el Anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia

DISTRIBUIDOR

INSANEX S.L., Camino Bajo de Getafe 3, Polígono industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad, reemplazo de las baterías internas de determinados ventiladores Monnal T75 y retirada del mercado de las baterías de reserva afectadas no instaladas, debido a la posibilidad de que un defecto de fabricación produzca un desgaste prematuro de la batería interna, lo que podría provocar una pérdida significativa de autonomía en menos de 6 meses para los usuarios.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 06/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P 3 Y S 7 A 8 4 3 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89