MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-464	PS/AG/60886

PRODUCTO

Mesas quirúrgicas CMAX 3 y CMAX 3-DRIVE, fabricadas entre el 23 de octubre de 2017 y el 19 de julio de 2019

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

STERIS SAS, Francia

DISTRIBUIDOR

- STERIS IBERIA SAU, Calle de la Caléndula, 95, 28109 Alcobendas, Madrid
- PROVAQUIL S.L., Avenida Pio Baroja, s/n, Esq. Valle Ballestera, 46015, Valencia.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas mesas quirúrgicas CMAX 3 y CMAX 3-DRIVE, debido a que el control auxiliar (de seguridad) tiene un sello incompleto alrededor del lado del cursor del control que puede permitir la entrada de líquidos, lo que podría provocar un cortocircuito en la placa de circuito y resultar en un movimiento no deseado de la mesa o en que la mesa no responda a los comandos del usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Anexo A: números de serie afectados

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 L N J G J E 7 D 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89