MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-467	PS/AG/61270
PRODUCTO Set de tubos de irrigación, PC, referencia 031523-10	
Nº LOTE 190930 y 191008	
FABRICANTE KARL STORZ SE & Co. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR KARL STORZ Endoscopia Ibérica, Avenida de Castilla, 2, Parque Empresarial San Fernando, Edificio Munich, Planta Baja, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los set de tubos irrigación, PC, referencia 031523-10, debido a la posibilidad de que se hayan instalado erróneamente codificaciones, utilizadas para realizar ajustes de flujo y presión en la bomba, para otra aplicación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D L R 2 V S 8 6 A B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89