MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-468	PS/AG/61132

PRODUCTO
Dispositivo de respiración artificial de emergencia y de transporte MEDUMAT Standard²

Nº SERIE
Todos

VERSION SOFTWARE
4.13 e inferiores

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
HOSPITAL HISPANIA, S.L., Avenida Camino de lo Cortao, 6, local 3, Centro Empresarial DELTA, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software de los dispositivos de respiración artificial MEDUMAT Standard² debido a la posibilidad de que en determinadas ocasiones, tras pulsar el botón de encendido en modo de batería, sin una fuente de alimentación adicional conectada, el dispositivo no se ponga en marcha.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de uso adicionales

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A 5 D 9 C 5 G 8 4 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89