MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-472	PS/SM/61345

PRODUCTO

- Kit Bard® con Statlock para PICC, referencia B077801 ,
- kit Bard® con Statlock para Powerglide , referencia B077802

Que contienen la jeringa BD PosiFlush™ XS 10mL

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Lab. Innoset, Francia

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los Kits Bard® con Statlock, referencias B077801 y B077802, debido a que las jeringas PosiFlush™ XS de BD de 10 ml incluidas en los kits podrían presentar agujeros en el envase del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 2 W Z K X B 6 7 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89