MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-500	PS/CH/61330
PRODUCTO Sutura quirúrgica Velosorb Fast	
Nº LOTE Ver referencias y números de lote afectados en la Nota de Aviso de la Empresa.	
FABRICANTE Riverpoint Medical, EE UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A., C/María de Portugal, 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de las suturas quirúrgicas Velosorb Fast, debido a que el producto ha sido distribuido sin esterilizar.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: G P L S Q J 3 7 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89