MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-504	PS/NA/61618

PRODUCTO
Dispensador DP30 LIPOPLUS, modelos 4161 y 4163.

FINALIDAD PREVISTA
Bomba de infiltración transportable utilizada para la infiltración de solución tumescente durante la Liposucción y para tratamientos de Angiología.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
NOUVAG AG, Suiza.

DISTRIBUIDORES
- ÁSTER MÉDICA S.L., C/ Secoya 29A 3º-1,28044 Madrid.
- DP Sellaesthetic S.L, Pza. Mayor Moreno Torres 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie de los modelos 4161 y 4163 del dispensador DP30 LIPOPLUS, debido a que no cumplen con los últimos estándares armonizados de Compatibilidad Electromagnética EMC (60601-1-1-2, Edición 4), lo que podría alterar su funcionamiento o el de otros dispositivos cercanos como resultado de interferencias electromagnéticas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K K E 7 L C X 2 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89