MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-511	PS/JMP/61722

PRODUCTO
Equipos CareSet estériles que contienen compresas de gasa Allmed con hebras de contraste Rx

Nº LOTE
Ver referencias y n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
ALLMED MEDICAL PRODUCTS Co. Ltd, CHINA

DISTRIBUIDOR
MEDLINE INTERNACIONAL IBERIA SLU. Parque Empresarial San Fernando, Avda. Castilla, 2. Edificio Munich, Planta Baja-Local B, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y cese de utilización de las compresas de gasa Allmed con hebras de contraste Rx incluidas en determinadas referencias y números de lote de los equipos para pequeños procedimientos estériles CareSet, debido a la posible rotura o deshilachado del hilo Rx utilizado en las compresas de gasa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/08/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V Z W E 3 9 P 1 E B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89