MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-514	PS/SM/61852

PRODUCTO
Software VeriSoft versión 8.0 y Software BeamAdjust 2.2 ; modelos S080032, S070009, para matrices de detectores PTW

FINALIDAD PREVISTA
Software para equipos que utilizan radiación con fines terapéuticos

FABRICANTE
PTW-FREIBURG Physikalisch-Technische Werkstätten Dr. Pychlau GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
PTW Dosimetria lberia S.L.U, 312 E, Calle Profesor Beitran Baguena no 4, 46009 Valencia

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización del software VeriSoft versión 8.0 y del software BeamAdjust 2.2 para matrices de detectores PTW debido a la posibilidad de que se produzca un error de medición en condiciones específicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 S W A G 5 L 5 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89