MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-521	PS/PRV/61919

PRODUCTO

Sistemas de medicina nuclear:

- Discovery NM 630
- Discovery NM/CT 670 DR
- Discovery NM/CT 670 Pro
- NM 830
- NM/CT 850
- NM/CT 850 ES
- NM/CT 860
- NM/CT 870 CZT
- NM/CT 870 DR

fabricados entre mayo y diciembre de 2018.

FABRICANTE

GE Medical Systems Israel, Functional Imaging, Israel.

DISTRIBUIDOR

GE Healthcare, C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de medicina nuclear de GE Healthcare fabricados entre mayo y diciembre 2018, debido a la posibilidad de que algunos tornillos del rodamiento del rotor del detector se aflojen, lo que podría causar la caída del detector durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W 2 Z T Y 5 Y D 0 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89