MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-526	PS/SI/61954

PRODUCTO
PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH®
Ver referencias afectadas en el anexo I de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Cateter aguja de drenaje pleural

FABRICANTE
intra special catheters GMBH. Alemania

DISTRIBUIDOR
Léleman, S.L. C/ Ador 2-Bajo Izda. 46026 Valencia

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los catéteres PNEUMOCATH®/NEO-PNEUMOCATH®/THORACATH® con recomendaciones adicionales sobre la conexión del catéter al mandril metálico de la válvula de tres vías y la fijación del catéter, para evitar su desconexión y el posible paso al espacio pleural por aspiración negativa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D X A 6 4 K A 5 4 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89