DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-544	PS/CH/62008
PRODUCTO Rayos X móvil !M1	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Solutions for tomorrow AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR Canon Medical Systems, S.A., Camino de la Zarzuela, 19 3º Planta, CP 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados equipos de Rayos X móvil !M1, debido a la posibilidad de que la tuerca de fijación del cabezal del tubo se haya apretado incorrectamente por lo que el tubo podría caerse provocando lesiones al paciente o usuario.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S R E B 7 A P 1 2 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89