MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-548	PS/MTM/61949

PRODUCTO

- Conector macho cerrado Spinning Spiros®, tapón púrpura, nº de artículo 034-CH2000S-PC
- Appx 1.0 ml, Adaptador universal para sistemas IV con Spiros™, nº de artículo 034-H2629

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

ICU Medical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

ICU Medical BV., Holanda.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes del conector macho cerrado Spinning Spiros® (034-CH2000S-PC) y de Appx 1.0 ml adaptador universal para sistemas IV con Spiros™ (034-H2629) debido a la posibilidad de que se produzcan fugas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 Z 2 W 2 3 B 9 D 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89