DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-553	PS/PRV/62012

PRODUCTO

- Mesa quirúrgica móvil MEERA, Números de referencia 720001B2, 720001B0, 720001F2, 720001F0, 710001B2, 710001B0.
- Mesa quirúrgica móvil YUNO, Números de referencia 143301B0, 143301F0
- Mesa quirúrgica móvil YUNO II, Números de referencia 143302B0, 142202F0

Nº DE SERIE

Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Getinge - MAQUET GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain, sita en Calle Marie Curie 5, Edif. Alfa, Ofic. 6.1-6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinadas mesas quirúrgicas MEERA, YUNO y YUNO II, el plástico de la toma de enchufe se suelte de la caja metálica y los componentes electrónicos queden expuestos, existiendo un riesgo potencial de descarga eléctrica al usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 R 4 B S A 8 D E 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89