DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-554	PS/MTM/62174

PRODUCTO

- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA II OLYMPUS BF TIPO 1T180 (BF-1T180)
- VIDEOBRONCOSCOPIO EVIS EXERA OLYMPUS BF TIPO XT160 (BF- XT160)

FINALIDAD PREVISTA

Los broncoscopios BF-1T180 y BF-XT160 se utilizan junto con otros equipos complementarios para endoscopia y cirugía endoscópica dentro de las vías aéreas y el árbol traqueobronquial.

Nº SERIE

Todos los números de serie

FABRICANTE

Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 29-31, 08908 L´Hospitalet de Llobregat.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de infección del paciente si no se siguen las indicaciones para el cepillado y la limpieza manual, incluidas en los Manuales de reprocesamiento, al reprocesar los Videobroncoscopios Evis Exera II (BF-1T180) y Evis Exera (BF-XT160).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 R A 2 X L D 1 B 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89