MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-569	PS/MJF/61955

PRODUCTO
Sistemas de cámara de las series Symbia S y Symbia T

FINALIDAD PREVISTA

- Symbia S, es un sistema de diagnóstico de imágenes de Medicina Nuclear que consiste en un equipo SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único).
- Symbia T, es un sistema de diagnóstico de imágenes de Medicina Nuclear híbrido, que consiste en un equipo SPECT (tomografía computarizada por emisión de fotón único) para la parte de Medicina Nuclear (NM), y un equipo TC (tomografía computarizada) para imágenes de rayos-X.

FABRICANTE
Siemens Medical Solutions, Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que, en situaciones específicas, el detector de los Sistemas Symbia S o Symbia T se desplace lentamente de forma imprevista, lo que podría suponer un riesgo de lesiones por compresión para el paciente si permanece debajo del detector.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/09/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 4 Z B Q Y B 9 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89