ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-563	PS/SI/62322

PRODUCTO

- Endoscopio EG-760R, EG-760Z, EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L, EC-760ZP-V/M y EC-760ZP-V/L
- Endoscopio ultrasónico EG-580UT y EG-580UR

FINALIDAD PREVISTA

Endoscopia gastrointestinal en adultos y pediátrica

FABRICANTE

FUJIFILM Corporation. Japón

DISTRIBUIDOR

FUJIFILM Europe GMBH C/Aragón, 180, 08011-Barcelona

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del manual de instrucciones de «Limpieza, desinfección y almacenamiento» de los Endoscopios EG-760R, EG-760Z, EC-760R-V/M, EC-760R-V/I, EC-760R-V/L, EC-760ZP-V/M y EC-760ZP-V/L y de los Endoscopios ultrasónicos EG-580UT y EG-580UR, debido a la posibilidad de que después de la limpieza con el cepillo WB7024FW, si este se daña, puedan quedar residuos en el interior del canal del endoscopio que no se puedan eliminar y puedan ser una fuente de infección.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 A G K C W P 9 B 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89