MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-573	PS/EPG/62308

PRODUCTO

Tubo plegable/extensible de 15 mmØ, presente en tubuladuras, kits de máscaras faciales y algunos circuitos de respiración de Armstrong Medical.

Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Armstrong Medical Ltd, Irlanda del Norte

DISTRIBUIDOR

Martin Vecino S.L, P.I. Cobo Calleja C/ León Nº 80, 28940- Fuenlabrada- Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del etiquetado de determinados códigos y lotes del tubo plegable/extensible de 15 mmØ presente en tubuladuras, kits de máscaras faciales y algunos circuitos de respiración de Armstrong Medical, debido a la posibilidad de separación o roturas de los tubos en caso de almacenamiento o uso a bajas temperaturas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 A 8 3 B R L 5 D 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89