MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-574	PS/JMP/62364

PRODUCTO
Bobinas de hombro y neuromusculares Philips (fabricadas a partir de noviembre de 2016)

FINALIDAD PREVISTA
Bobinas para resonancia magnética

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro, en su nota de aviso, los números de serie afectados que le ha distribuido y el equipo de Resonancia Magnética con el que se utilizan.

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, SAU. Avd. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas bobinas de hombro y neuromusculares de Philips debido a que se ha impreso erróneamente en el etiquetado el símbolo de clasificación IPX1.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 F B Z W V V C 5 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89