MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-575	PS/JMP/62352

PRODUCTO
Desfibrilador/monitor Efficia DFM100 (número de modelo 866199)

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro, en su nota de aviso, los números de serie afectados que le ha distribuido.

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, SAU. Avd. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados desfibriladores/monitores Efficia DFM100 (nº modelo 866199), debido a que podrían no tener instalada la cubierta de estabilización para el conector de desfibrilación, lo que podría ocasionar un retraso en la desfibrilación o la imposibilidad de su administración por el contacto intermitente del conector de desfibrilación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K G 5 S 7 Z 7 6 6 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89