DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-581	PS/MTM/62063

PRODUCTO

- Pedal OSSEODUO, Ref. 1600517
- Pedal OSSEODOC (usado con OSSEOUNO & OSSEODOC), Ref. 1600407
- Mando OSSEOSTAP, Ref. 1600686

FINALIDAD PREVISTA

Pedales que se utilizan para accionar el micromotor de las consolas OSSEODUO/OSSEOUNO/OSSEODOC/OSSEOSTAP

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Bien-Air Surgery SA. Suiza.

DISTRIBUIDOR

Bien-Air España, SAU, C/ Entenza, 169 Bajos, 08029 Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que el imán situado en el interior del pedal utilizado con las consolas OSSEODUO/OSSEOUNO/OSSEODOC/OSSEOSTAP, se desplace o se desprenda durante una operación pudiendo comprometer la seguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 07/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 2 W N C R Z F E 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89