MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-589	PS/JMP/62351

PRODUCTO
Kit de captura de imágenes ecográficas de fusión de Mindray

Nº SERIE
Ver números de serie de los transmisores de medio alcance afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD, China

DISTRIBUIDOR
ACJ S.A., Av. Rafael Cabrera 14 (Entresuelo), 35002 Las Palmas de Gran Canaria

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de serie de los transmisores de medio alcance del kit de captura de imágenes ecográficas de fusión de Mindray, debido a la posibilidad de que se produzca un posicionamiento impreciso cuando se usan las funciones de captura de imágenes ecográficas de fusión y de navegación guiada por aguja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F C V T 8 9 R D 0 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89