MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-594	PS/EPG/62914

PRODUCTO
VIDAS® FT4. Referencia 30459.

FINALIDAD PREVISTA
Inmunoensayo enzimático cuantitativo automatizado que se utiliza con los instrumentos de la familia VIDAS®, para determinar tiroxina libre (FT4) en suero o plasma humano.

Nº LOTE
1007821050.

FABRICANTE
bioMérieux SA. Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España S.A.U. Calle Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid, España.

ASUNTO
Cese de la utilización del lote 1007821050 del producto VIDAS® FT4, al haberse identificado un problema de heterogeneidad que puede conducir a resultados subestimados o sobreestimados o a una calibración no válida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B N 4 A Z 9 S 8 D C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89