MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-615	PS/JMP/62663

PRODUCTO

Set CombiSet® de Hartmann que contienen determinadas referencias y lotes de agujas hipodérmicas estériles MEDOJECT, fabricadas por Chirana T. Injecta, a.s., Eslovaquia.

RFERENCIAS Y Nº LOTE

Ver referencias y números de lote de los Set CombiSet® de Hartmann afectados en la nota de aviso de la empresa HARTMANN

FABRICANTE

PAUL HARTMANN AG, Alemania

DISTRIBUIDOR

Laboratorios HARTMANN S.A. Carrasco i Formiguera, 48, 08302 Mataró (Barcelona)

ASUNTO

Advertencia de seguridad y cese de utilización de las agujas hipodérmicas estériles MEDOJECT, fabricadas por Chirana T. Injecta, a.s., Eslovaquia, incluidas en determinadas referencias y lotes de los sets CombiSet de Hartmann, debido a la posible aparición de manchas negras después del pinchazo o tras limpiar las agujas con un pañuelo blanco.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Etiqueta aviso alerta

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/10/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L E 3 J G 3 D 0 C 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89