MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-624	PS/SM/63148

PRODUCTO
Flow-c, Flow-e, Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de anestesia

Nº SERIE
Ver números de serie de que cada uno de los modelos afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Maquet Critical Care AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain C/Marie Curie 5, Edif. Alfa,oficinas 6.1-6.2. 28521 Rivas Vaciamadrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de anestesia Flow-c, Flow-e y Flow-i, debido a la posibilidad de que se produzca un mal funcionamiento de las válvulas piloto, que controlan y dirigen el flujo del gas, y estas no se abran cuando deberían hacerlo lo que podría tener diversas consecuencias en función de la válvula que se vea afectada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/11/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z S K E E F 4 4 2 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89