# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-629 | PS/SI/63458 |

**PRODUCTO**

Adaptador de alimentación CA/CC XP para sistemas de ultradonidos:

- Fuente de alimentación para 7400 referencia 151004300, modelo AHM180PS19-XE0338 número de serie inferior a K17510001
- Fuente de alimentación referencia 151004301, modelo AHM180PS19-XE1057, número de serie inferior a Inferior a K17350001

Ver los sistemas de ultrasonidos que utilizan los adaptadores CA/CC XP afectados en la nota de aviso de la empres.

**FABRICANTE**

Esaote SpA. Italia

**DISTRIBUIDOR**

Esaote SpA. Carrer del Pont Reixat, 5. 08960 Sant Just Desvern - Barcelona

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad y sustitución de los adaptadores de CA/CC XP Power, referencia 151004300 con número de serie inferior a K17510001 y referencia 151004301 con número de serie inferior a Inferior a K17350001, de determinados sistemas de ultrasonidos portátiles, por el posible calentamiento del conector debido a la tensión mecánica que surge en la conexión existente entre el adaptador de alimentación de CA/CC y el cable de red durante el uso.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa