ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-661	PS/MJF/63756

PRODUCTO

Ensayos Sistemas Dimension Vista:

Ensayo	**Código de prueba**	**Número de referencia**	**Número de material de Siemens (SMN)**	**Número de lote**
Creatinina enzimática	ECREA	K1270A	10700444	Todos
Triglicéridos	TRIG	K2069	10445093	Todos

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de la sección “Limitaciones del procedimiento” de las instrucciones de uso de los ensayos de Creatinina enzimática y Triglicéridos, utilizados en los sistemas Dimension Vista, al haberse identificado interferencia en presencia de etamsilato, fármaco hemostático, lo que puede dar lugar a resultados bajos falsos en muestras de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/11/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 6 E C S T B E F 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89