MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-656	PS/JMP/63760

PRODUCTO
Bombas volumétrica BD Alaris GW y GW800 (ver códigos de producto en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa)

FABRICANTE
BD Switzerland Sarl, Suiza

DISTRIBUIDOR
BECTON DICKINSON, S.A., Camino de Valdeoliva, S/N, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las bombas volumétricas BD Alaris GW y GW800, respecto a la utilización de sistemas de administración no dedicados/no compatibles sin válvula antisifón o protección frente al flujo libre.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/11/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K L C 2 6 S N A 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89