DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-655	PS/JMP/63819
PRODUCTO Válvula de succión incluida en el set SCOPEVALVE (código de producto ENDO004)	
FINALIDAD PREVISTA Controlar la función de succión del endoscopio durante los procedimientos endoscópicos GI.	
Nº LOTE 19111120, 19111121, 19122311, 20021116 y 20030909	
FABRICANTE GA Health Company Limited, China	
DISTRIBUIDOR ALBYN MEDICAL SL., Pol. Ind. Cordovilla D, 1, 31191, Cordovilla, Navarra	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los sets SCOPEVALVE (código de producto ENDO004), debido a que el botón de succión de la válvula de succión de un solo uso se podría atascar o romper durante el procedimiento endoscópico, pudiendo incrementar la duración del procedimiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/11/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R 9 4 V F Y 8 B B 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89