ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-682	PS/CGG/64062

PRODUCTO
Software Sharesource (código de producto: 5CGM01) conectado a la versión 11.050 del software "drenaje inicial" de la cicladora Homechoice Claria

FINALIDAD PREVISTA
Plataforma de conexión basada en web que permite a los usuarios autorizados ver y gestionar de forma remota la información de tratamiento enviada desde el sistema DPA de Homechoice Claria

VERSIONES SOFTWARE
7.1.1 Y 8.0.0

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA, Suiza

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L., C/ Pouet de Camilo 2, 46394 Ribarroja del Turia, Valencia

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización del software Sharesource (versiones 7.1.1 y 8.0.0) conectado a la versión 11.050 del software "drenaje inicial" de la cicladora Homechoice Claria, para corregir los mensajes de advertencia que aparecen cuando se habilita el Bypass-salto del drenaje inicial y alinearse con las recomendaciones de la Guía del Clínico del Sistema DPA de Homechoice Claria (07-19-00-1577A1).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 09/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D Z 3 D B P 9 F 8 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89