MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-678	PS/PRV/64047

PRODUCTO

- Grapadora vascular Covidien TA™ Auto Suture con tecnología DST Series™, código TA30V3S.
- Unidad de carga vascular Covidien TA™ Auto Suture con tecnología DST Series™, código TA30V3L.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Covidien LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Medtronic Ibérica S.A Calle de María de Portugal, 11, 28050 Madrid

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinados códigos de artículo y lotes de grapas vasculares y unidades de carga Covidien TA™ Auto Suture con tecnología DST Series™, debido a la posibilidad de que contengan un componente interno dañado que podría impedir la aplicación de las grapas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F G L W 8 D X 7 C 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89