MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-693	PS/PPR/64169

PRODUCTO
Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1

FINALIDAD PREVISTA
Los sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1 proporcionan anestesia general inhalatoria y soporte ventilatorio a pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinados números de serie de los Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1, se pueda desconectar un cable interno lo que causaría una interrupción de la ventilación mecánica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V 4 T 2 A B S 1 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89