MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-698	PS/SM/63868

PRODUCTO
Desinfectantes/Lavadores Monocámara Reliance Vision, distribuidos entre el 15 de octubre de 2008 y el 4 de noviembre de 2020

FABRICANTE
STERIS Canada ULC, Canada

DISTRIBUIDOR
Avanza Externalización de Servicios S.A., C/ del Pla Del Olivella s/n, nave 17. Poligono Matas, Barcelona 08780

ASUNTO
Advertencias de seguridad e inspección de determinados Desinfectantes/Lavadores Monocámara Reliance Vision, distribuidos entre el 15 de octubre de 2008 y el 4 de noviembre de 2020, debido la posibilidad de que el componente del contacto eléctrico presente en la cámara de secado funcione mal, pudiendo ocasionar que los elementos de la cámara de secado se sobrecalienten y se produzca humo o fuego.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa centros
- Nota de aviso empresa distribuidores
- Attachment A

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 6 3 R T A K F 6 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89