MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-699	PS/SM/64071

PRODUCTO
Acetábulos de cadera EcoFit® sin cemento
Acetábulos de cadera EcoFit® EPORE® sin cemento

FABRICANTE
Implantcast GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
MBA INCORPORADO, S. L. Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra 33203 GIJON. Asturias

ASUNTO
Advertencias de seguridad y modificación de las instrucciones de uso y de la técnica quirúrgica de los Acetábulos de cadera EcoFit® / EcoFit® EPORE®, debido a la posibilidad de que los tapones del acetábulo se suelten al golpear el acetábulo de cadera EcoFit en pacientes con tejido óseo anormal y a la posibilidad de que no se pueda retirar correctamente un *crunchplug* de un acetábulo de cadera EcoFit® EPORE®.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D L X D 6 C 7 4 F 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89