MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-710	PS/AG/64174

PRODUCTO
Sistemas Artis zee/Q/Q.zen con mesa de Siemens Healthineers (inclinable/paso a paso, Quirófano)

FINALIDAD PREVISTA
Sistema integral de angiografía digital con detector plano.

VERSION SOFTWARE
VD11E

FABRICANTE
Siemens Healthcare GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas Artis zee/Q/Q.zen equipados con una mesa de Siemens Healthineers (inclinable/paso a paso, Quirofano), y con la versión de software VD11E, debido a que los movimientos de la mesa pueden verse bloqueados o limitados en el caso de que se active por error un interruptor de fin de recorrido defectuoso mientras la mesa no ha alcanzado la posición final.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L P T J S D W B 5 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89