MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-718	PS/PPR/64536

PRODUCTO

- VITROS® Chemistry Products TP Slides
- VITROS® XT Chemistry Products ALB-TP Slides (ALB no está afectada)

FINALIDAD PREVISTA

Los VITROS TP Slides miden cuantitativamente la concentración de proteínas totales (TP) en el suero y plasma utilizando los analizadores VITROS 250/350/5,1 FS/4600/XT 3400 de Bioquímica y los VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems.

FABRICANTE

Ortho Clinical Diagnostics Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR

Ortho-Clinical Diagnostics Spain S.L.U. Vía de Los Poblados 1 Edificio B Planta 3ª Oficina B-Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de los Slides VITROS TP y VITROS XT ALB-TP al haber sido identificados como sensibles a la interferencia con Eltrombopag, medicamento utilizado para tratar la trombocitopenia y la anemia aplásica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/12/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W F D R X L 2 6 6 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89