MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-009	PS/CGG/64527

PRODUCTO
JETStream WorkSpace (Ref. 882310)

FINALIDAD PREVISTA
El Módulo de revisión de JETStream Workspace es una estación de trabajo para la visualización de imágenes médicas que incorpora aplicaciones de software para examinar e interpretar imágenes y datos médicos.

VERSION SOFTWARE
Versión 2.0 y superiores

FABRICANTE
Philips Healthcare, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., C/María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas versiones del software JETStream WorkSpace, debido a la posibilidad de que al utilizar el parámetro de procesamiento de Coeficiente de Transferencia (TCO) en la aplicación de análisis de tiroides, se obtengan valores de captación del tiroides por debajo del valor de captación real.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T B N Y 8 5 6 5 D 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89