MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-027	PS/MJF/64882

PRODUCTO
Productos de endoterapia Olympus, fabricados en fecha del 15 de noviembre de 2020 o anterior.

REFERENCIA Y Nº LOTE
Ver referencias y números de lote afectados en el documento adjunto 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Pl.d' Europa, 29-31. 08908, L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de productos de endoterapia Olympus, fabricados en fecha del 15 de noviembre de 2020 o anterior, debido a una anomalía en el proceso de envasado que podría comprometer la esterilidad de los mismos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K N A N A 2 B 3 9 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89