ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-025	PS/SM/64177
PRODUCTO Tourni-Cot Universal-"Uni-Cot". Referencia TCU-6001	
FINALIDAD PREVISTA Torniquete digital	
Nº LOTE Todos	
FABRICANTE Mar-Med, Alemania	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Herbitas, S.L.; C/ Periodista Badía, 13B. 46134, Foios. Valencia	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el torniquete digital Tourni-Cot Universal-"Uni-Cot", referencia TCU-6001, debido a la posibilidad de que al proceder a retirarlo del dedo del paciente, si se corta parcialmente y luego se tira del dispositivo, podría separarse en dos piezas y quedarse una parte en el dedo del paciente que continuaría restringiendo el flujo de sangre al dedo y si no se detecta podría resultar en una isquemia en el dedo afectado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T W 7 X 5 8 Z B 6 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89