MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-030	PS/SM/64756
PRODUCTO Sutura quirúrgica de reabsorción rápida trenzada Velosorb™ Fast, referencia CV-9590	
Nº LOTE 19062715X	
FABRICANTE Riverpoint Medical, EEUU	
DISTRIBUIDOR MEDTRONIC IBÉRICA S.A. Maria de Portugal 11 28050 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 19062715X de la sutura quirúrgica Velosorb™ Fast, referencia CV-9590, debido a la posibilidad de presentar una resistencia a la tensión insuficiente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: W A J 9 Q P 7 7 2 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89