MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-033	PS/JMP/64526

PRODUCTO
Grúa Minstrel con báscula (Modelos: HMA0006, HMA0006-XX, HMA0007, HMA0007-XX)

Nº SERIE
Todos los fabricados desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2020
La empresa indicará en el Anexo de su nota de aviso los números de serie afectados en cada centro/residencia.

FABRICANTE
ArjoHuntleigh AB, Suecia

DISTRIBUIDOR
ARJO IBERIA SL., Polígono Can Salvatella, C/Cabanyes 1-7, 08210 Barberà del Valles, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad y cese de utilización de las grúas Minstrel con báscula, fabricadas entre septiembre de 2016 y noviembre de 2020, hasta que por parte del servicio técnico de Arjo se proceda a la retirada temporal de la báscula del bastidor, debido a un posible fallo de fabricación en el conjunto del bastidor por el que podría desprenderse con el consiguiente riesgo de que el paciente/residente se caiga de la grúa durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 19/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 A V C V V P A E 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89