ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-039	PS/NA/64974

PRODUCTO
Sistema de ultrasonido Vivid v204

VERSION SOFTWARE

- Vivid E95/E90/E80: 204.41.2
- Vivid S70N/S60N: 204.41.2 y 204.41.3
- Vivid iq: 204.39.0
- Vivid T8/T9: 204.39.0 y 204.39.1

FABRICANTE
GE Medical Systems (China) Co., Ltd., China.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España S.A., calle Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas de ultrasonido Vivid v204 debido a que podrían apagarse de forma inesperada cuando se utilizan campos de listas de trabajo modalidad DICOM que contienen caracteres no ASCII, lo que podría ocasionar que se perdiesen las imágenes durante el procedimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 A L W T A L 5 F 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89