ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-045	PS/MJF/65029

PRODUCTO
Sistema Atellica® COAG 360. Número de material de Siemens (SMN): 11468626

FINALIDAD PREVISTA
El Sistema Atellica COAG 360 es un analizador de coagulación de volumen elevado y totalmente automatizado.

VERSION SOFTWARE
1.8

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S. L. U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Getafe. Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el Sistema Atellica® COAG 360, con número de material de Siemens (SMN): 11468626 y con la versión de software 1.8, debido a que las rediluciones automáticas no se miden en determinadas situaciones para determinados ensayos, lo que podría causar un retraso en la notificación de los resultados de las muestras de los pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 25/01/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P E L V J 9 9 7 0 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89