MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-050	PS/CH/65345

PRODUCTO
Malla anatómica hidrófila Covidien Parietex™ de 15 cm x 10 cm de poliéster, del lado izquierdo. Código de artículo TECT1510AL

Nº LOTE
SUH0709M

FABRICANTE
Sofradim Production, Francia.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, S.A.; WTC Almeda Park | Plaça de la Pau, s/n. Edificio 7, 3ª Planta, CP 08940, Cornellà de Llobregat –Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote SUH0709M de la Malla anatómica hidrófila Covidien Parietex™, código de artículo TECT1510AL, debido a un error de embalaje, al detectarse que la etiqueta del envase indica que el dispositivo es para uso en el lado izquierdo, mientras que el producto dentro del envase es para uso en el lado derecho.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 01/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L E D 5 J Y V 2 9 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89