MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-060	PS/AG/64172

PRODUCTO
Sensor Dexcom G6, modelos STS-GS-002 y STS-GS-003.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de monitorización continua de glucosa (MCG)

FABRICANTE
Dexcom Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Novalab Ibérica S.A.L., calle Argentina 2, Nave A-10, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sensor Dexcom G6, modelos STS-GS-002 y STS-GS-003, debido a la posibilidad de que produzcan diversos grados de irritación cutánea en algunos pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS-04, 2021

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F B 5 C Z E R 0 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89