MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-062	PS/EPG/64592

PRODUCTO

BePod Tornillo Percutáneo.

Referencias: 270681, 270682, 270683, 270684, 270685, 270686, 270687, 270688, 267823, 267824, 267825, 267826, 267827, 267828, 267829, 267830, 267831, 267832, 270689, 270690, 270691, 270692, 270693, 256454, 256455, 256456, 256457, 256458, 256459, 256460, 256461, 256462, 256463, 256464, 256465, 264241, 264242, 264243, 264244, 264245, 264246, 264247, 264248, 264249, 264250, 264251, 268413, 268414, 268415, 268416, 268417, 268418, 268419, 268420, 268421, 268422, 268423

FINALIDAD PREVISTA

Tornillos para tratamiento de Hallux vagus.

Nº LOTE

Todos los lotes.

FABRICANTE

FH Industrie, Francia.

DISTRIBUIDOR

KOPRA MATERIAL QUIRURGICO SL, Calle Lope de Irigoyen 31 Bajo, 20301, Irún.

ASUNTO

Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinadas referencias de tornillos BePod percutáneos debido a un error de traducción en las instrucciones de uso donde el término “no compresivo” se tradujo por “compresivo”.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: L V B Y F C E A 5 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89