MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-041	PS/SM/64673

PRODUCTO
Concentrador de oxígeno Invacare Perfecto2 V, modelo IRC5PO2VAW.

Nº SERIE
Desde el 17HF030338 al 18IF018523, fabricados entre agosto de 2017 y septiembre de 2018.

FABRICANTE
Invacare Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Invacare SL. Av. del Oeste 50 1ª 46001 Valencia.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y reemplazo de la válvula P.E. (Ecualización de presión) de determinados concentradores de oxígeno Invacare Perfecto2 V, debido a un posible fallo que puede resultar en una reacción térmica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para distribuidores.
- Nota de aviso para los usuarios.
- Nota informativa PS, 05/2021.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B N 5 P 3 8 J 1 F 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89