MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-068	PS/PPR/64778
PRODUCTO Trócar Hasson 12mm/100mm transp cánula 10cm, código de componente 899307	
Nº LOTE 6292002020	
FABRICANTE Unimax Medical Systems Inc., Taiwan.	
DISTRIBUIDOR Mölnlycke Health Care S.L. Avenida de la Vega nº15 Edificio 3 3ª planta, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización del lote 6292002020 del Trócar Hasson 12mm/100mm, código de componente 899307, debido a la posibilidad de que las pestañas de protección se desprendan de la cánula del trócar.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 N G T K D 5 6 6 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89