MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-069	PS/AG/65250
PRODUCTO Catéter de electrofisiología XTREM, referencia XA312, XA336 y XA337	
FINALIDAD PREVISTA Catéter de electrofisiología para el diagnóstico de arritmias cardiacas.	
Nº LOTE Anteriores al 20/1429	
FABRICANTE ALCIS, Francia.	
DISTRIBUIDOR Microport Crm Medical S.L., calle Pallars, 193-205 P2, 08005 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes del catéter de electrofisiología XTREM debido a la posibilidad de que tengan una capacidad de curvatura insuficiente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D X N 8 3 2 Y D 1 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89