MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2021-071.	PS/SM/65512.

PRODUCTO
Bomba de infusión BodyGuard 121 Twins.

FABRICANTE
Caesarea Medical Electronics Limited, Israel.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. 28750. San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la Bomba de infusión BodyGuard 121 Twins, debido a que en el programa intermitente, si se pausa la administración de una dosis antes de que se haya administrado el volumen programado, se podrían administrar dos dosis de bolo intermitentes consecutivas una detrás de otra, lo que provocaría una infusión excesiva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/02/2021
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: F X B F L K R 5 9 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89